

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8
Tel. 0-89 715 20 23, tel./fax 089 715 21 36
E-mail: info@szpital-biskupiec.pl

WSZYSCY WYKONAWCY

Wyjaśnienie treści SIWZ (trzecie)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku (BZP: Nr ogłoszenia 49959 z dnia 05.03.2010r.).

Numer postępowania: PN/03/10.

W związku z otrzymanymi zapytaniem, na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy: treści 'Formularza cenowego':

- (Pakiet 2 poz. 1 - 3) **Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużaczy do pomp o grubości drenu 1,24 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SIWZ.
- (Pakiet 2 poz. 9) **Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki ze skalą do 2,5 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SIWZ.
- (Pakiet 2 poz. 7 - 15) **Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek bez nazwy producenta nadrukowanej bezpośrednio na strzykawce?
Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SIWZ.
- (Pakiet 22 poz. 1 - 3) **Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładów workowych pozwalających na zbiórkę większej ilości krwi i płynów z pola operacyjnego z hydrofobowymi zaworami zabezpieczającymi przed przepelnianiem się pojemnika i umożliwiającymi filtrację gronkowca złocistego z efektywnością 99,5%? Do każdego wkładu workowego dołączone są porty z wlewami oraz zaworami zaciskowymi z przeznaczeniem do każdego portu i wlewu.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ww wkładów o poj. poz. 1 – 1300 ml, poz. 2 – 1800 ml, poz. 3 – 3200 ml?
Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SIWZ.
- (Pakiet 25) **Pytanie:** Czy cewnik do cystometrii ma być skalowany co 1 cm w postaci pierścieni, co zapewnia lepsze ułożenie cewnika?
Czy cewnik do cystometrii ma być wykonany z materiału miękającego w ciele pacjenta typu Neoplex?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie cewniki.

6. (Pakiet 28 poz. 1) **Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koca o rozmiarze 240 x 160?
Odpowiedź: Tak.
7. (Pakiet 30 poz. 2) **Pytanie:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wlewów dożylnych bez portu bocznego ze zdejmowalnym uchwytem, ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, wykonanych z PTFE z możliwością diagnozowania ciał obcych w naczyniach krwionośnych za pomocą aparatu ultrasonograficznego?
Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SIWZ. Kaniule bez portu są umieszczone w Pakiecie Nr 40 poz. 1.
8. (Pakiet 35) **Pytanie:** Czy opakowania po odczytnikach chemicznych mają być niekaucjonowane.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie opakowania.
9. (Pakiet 35) **Pytanie:** Czy widniejące na opakowaniu dane: nazwa producenta, typ błony, data ważności, numer produkcji, mają ujawniać się bezpośrednio na błonie po jej wywołaniu?
Odpowiedź: Tak.
10. (Pakiet 35) **Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek przez Wykonawców, którzy brali udział w postępowaniu w ubiegłym roku i będą oferować takie same błony, tj. tego samego producenta i tej samej marki?
Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SIWZ, wszyscy Wykonawcy muszą być traktowani równo.
11. (Pakiet 38 poz. 1, 2) **Pytanie:** Czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?
Odpowiedź: Cewniki do odsysania mają posiadać barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku (kolorowa końcówka) oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu.
12. (Pakiet 38 poz. 8) **Pytanie:** Czy cewnik Pezzera ma posiadać 3 czy 4 otwory boczne drenujące zapewniające lepszy drenaż?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oba rodzaje cewnika.
13. (Pakiet 38 poz. 12, 13) **Pytanie:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łączników do drenów niesterylnych pakowanych w opakowania zbiorcze a' 100 sztuk producenta Unomedical.
Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SIWZ.
14. (Pakiet 39 poz. 1) **Pytanie:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie czepka chirurgicznego damskiego bez wstawki chłonej pot, reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SIWZ.
15. (Pakiet 39 poz. 2) **Pytanie:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie czepka chirurgicznego męskiego z wstawką chłonej pot, wiązany z tyłu, starannie uszyty, z włókniny polipropylenowej o gramaturze: góra – 10g/m², boki – 10g/m².
Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SIWZ.
16. (Pakiet 42 poz. 6) **Pytanie:** Czy filtr mechaniczny ma być wykonany z celulozy i spełniać funkcję wymiennika ciepła i wilgoci?

Odpowiedź: Tak.

17. (Pakiet 43) **Pytanie:** Czy rurki intubacyjne mają być skalowane co 1 cm w celu precyzyjnego określenia położenia rurki?

Czy rurki intubacyjne mają posiadać logo producenta na korpusie oraz zdejmowalny łącznik ISO 15 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z dotychczasowymi zapisami SIWZ.

18. (Pakiet 45) **Pytanie:** Czy maski mają być w zestawie ze strzykawką do napełniania mankietu i 5 gr. saszetką z żelem na bazie wody dla ułatwienia wprowadzenia maski?

Czy maski mają posiadać zabezpieczenie przed wklinowaniem nagłośni w postaci uźebrowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie maski.

19. (Pakiet 50) **Pytanie:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii o długości 55 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie zestawy.

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Mirosława Bilińska